


**Rosenvold 6, 7300 Jelling**

har fået kontrolleret vandkvaliteten i  
dentale units for Kimtal 37° og Legionella

Resultaterne overholder kravene iht. de  
Nationale Infektionshygiejniske  
Retningslinjer (NIR) - 2. udgave 2019

Kontrollen er akkrediteret og udført

**29. februar 2024**



Paw Nielsen, Direktør Højvang Laboratorier A/S



Akkrediteret Laboratorie

Højvang Laboratorier A/S er et 100% dansk privatejet laboratorie.  
Vi tilbyder kemiske, fysiske, geotekniske og mikrobiologiske analyser samt  
prøvetagning af en række medier såsom jord, vand, luft og bygningsmaterialer

Industri Vest 8, 4293 Dianalund  
Karetmagervej 13B, 7000 Fredericia | Nupark 51, 7500 Holstebro  
Telefon 58 24 24 58 | [www.hmlab.dk](http://www.hmlab.dk) | [hmlab@hmlab.dk](mailto:hmlab@hmlab.dk)